



Royal Health Foam

matrasspecialist sinds 1998

Voor **écht lekker** slapen

Inhoudsopgave

1. Inleiding	pagina 3
2. Algemene informatie	pagina 5
3. 45 dagen proeftijd	pagina 7
4. Gewenningsperiode tijdens de proeftijd	pagina 8
5. Traagschuim / medische matrassen	pagina 10
5.1. Budget matras	pagina 10
5.2. Original Support matras	pagina 11
5.3. Premium Support matras	pagina 12
5.4. Evolution ballenmatras	pagina 13
5.5. Perfection matras	pagina 14
5.6. RHF15 Medical Pro	pagina 15
5.7. RHF16 Medical Pro	pagina 16
6. Koudschuim matrassen	pagina 17
6.1. Comfort matras	pagina 17
6.2. Comfort De Luxe matras	pagina 18
6.3. Comfort Premium Air	pagina 19
6.4. Evolution ballenmatras	pagina 20
6.5. Perfection matras	pagina 21
6.6. RHF14 Comfort Elastic matras	pagina 22
6.7. RHF14 Medi zorg matras	pagina 23
7. Bedbodems	pagina 23
7.1. Schotelbodem	pagina 25
7.2. Schotelbodem Premium	pagina 27
8. Certificaten	pagina 28

1. Inleiding

**Beste klant,
Nogmaals hartelijk dank voor uw bestelling bij Royal Health Foam.
U bent verzekerd van uitstekende kwaliteit.**

Gefeliciteerd!

Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit product, raden wij u aan het zorgzaam te gebruiken en goed te onderhouden. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het product in gebruik te nemen en bewaar het als naslagwerk.

Als uitvinders van het proefslapen weten wij dat bij een nieuw matras een gewenningsperiode hoort. In deze handleiding vindt u informatie over wat u eventueel kunt verwachten tijdens deze gewenningsperiode en hoe u onze producten het beste kunt gebruiken en onderhouden.

Wij hopen dat u jaren plezier zult hebben van uw aankoop!

Mocht u nog vragen hebben mag u ons altijd bellen op het telefoonnummer **+31(0)70 338 70 10** of een e-mail sturen naar **info@healthfoam.com**

Met vriendelijke groet,
Royal Health Foam

2. Algemene informatie

Plaatsing matras

Plaats uw matras in het (verpleeg)bed en gebruik altijd een matrasmaat die overeenkomt met de maat van uw ombouw/ledikant. Plaats nooit twee matrassen op elkaar. De matrassen kunnen op elke ondergrond, ook verstelbare ondergronden, geplaatst worden, mits deze goed ventileert.

Het in gebruik nemen van uw matras:

- Als onze chauffeur dit niet heeft gedaan, verwijder dan de plastic zak.
- Zorg dat het traagschuim (het drukverlagende materiaal) te allen tijde aan de bovenzijde van het matras zit. Dit is de kant waar de RHF informatie sticker zit.
- Zorg ervoor dat de rits gesloten is.
- Het matras hoeft niet (dagen) gelucht te worden.

Opslag

Als de matrassen in de meegeleverde plastic zak worden opgeslagen kan dit zonder problemen. Indien de matrassen uitgepakt worden opgeslagen dient deze ruimte schoon, droog en op kamertemperatuur te zijn. De matrassen kunnen plat op de grond worden opgeslagen. Niet op de lange of korte zijde.

Hoe kunt u zien welk matras u heeft?

U kunt door middel van een tweetal stickers kijken welk model en welke hardheid u heeft. Op de plastic zak zit aan de voorkant een productiesticker. Zie afbeelding 1. U kunt ook de sticker aan de bovenzijde van de tijk gebruiken. Zie afbeelding 2.

10127 Royal Health Foam
3277 - 3278 RHF

Artikel 114516152 Beleg 2.18.0147 ————— 1

Comfort Premium Air - Klimaband ————— 2
90x200, Tencell, 560g PES-vlies, MEDIUM ————— 3

Kom: Voorraad ————— 4

Afbeelding 1

productiesticker aan de voorzijde van de plastic zak.

Afbeelding 2

- 1) Het model wordt hier aangekruist.
- 2) De hardheid wordt hier aangekruist.



- 1) De artikelcode en productielichting.
- 2) Het model matras.
- 3) De maat, tijd en hardheid.
- 4) De commissienaam.

LET OP!

Verwijder deze sticker voor het wassen

3. 45 dagen proeftijd

Wij geven al onze matrassen geheel vrijblijvend 45 nachten op proef.

Het belang van proefslapen

We raden oprecht aan dat u de matras minimaal 40 nachten probeert. Direct na de aanschaf van uw nieuwe matras krijgt u vrijwel zeker te maken met aanvangs-klachten (gewenning). Deze periode is de zogenaamde houdingcorrectie periode. De ervaring leert dat het even duurt voordat het lichaam zich aan een nieuwe houding heeft aangepast. Een vermoeide en pijnlijke rug met onderbroken nachtrust is in de eerste weken normaal.

De oorzaak daarvan is dat de spieren en ledematen zich aan de nieuwe ondergrond moeten aanpassen en er spanningen op spieren kunnen ontstaan die het lichaam niet gewend was. Een betere bloedsomloop kan er ook toe leiden dat u het wat warmer krijgt, want als er minder drukbelasting is resulteert dit in een betere doorbloeding. Om een matras een goede kans te geven zijn minimaal 3 à 4 weken nodig om door deze houdingcorrectie periode heen te komen.

De juiste hardheid

Lengte, gewicht en lichaamsvorm zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de juiste hardheid. Het matras moet het hele lichaam op een prettige manier steun bieden en de wervelkolom zo recht mogelijk houden. Een matras met de juiste hardheid biedt ergonomische ondersteuning waardoor het lichaam goed kan uitrusten. U ligt dan rustiger en slaapt beter. Het bepalen van de juiste stevigheidsgraad is dus heel belangrijk. Mocht tijdens de proeftijd blijken dat uw matras te hard of te zacht is, dan kunt u het matras omruilen.

Geld terug

Mocht het onverhoopt toch niet bevallen, dan kunt u de matras(sen) weer op laten halen. Voorwaarde is wel dat de matras onbeschadigd is en de tijk schoon. Wij raden dan ook aan een onderdeken te gebruiken. Het aankoopbedrag zal teruggestort worden op uw bankrekening.

Wat doen we met matrassen die zijn teruggekomen?

Deze vindt u in de koopjeshoek op onze website. Deze matrassen worden met hoge korting verkocht. Op de koopjeshoek matrassen zit geen proeftijd meer.

4. Gewenningsperiode tijdens de proeftijd

Omdat wij matrassen al 20 jaar op proef geven krijgen wij veel feedback van onze klanten. Het is voor ons heel duidelijk dat een nieuw matras een gewenningsperiode met zich meebrengt. Veel klanten schrikken enorm omdat het nieuwe matras allerlei klachten veroorzaakt. Het vervelende hiervan is dat de meeste mensen juist een nieuw matras kopen omdat het oude matras lichamelijke klachten geeft en ze hier juist vanaf willen.

De eerste weken krijgt ongeveer 80% van de mensen die op een nieuw matras slapen te maken met de zogenaamde houdingcorrectieperiode. Het lichaam komt in een nieuwe houding te liggen en daardoor komen er allerlei spieren onder spanning te staan die dat niet gewend waren. Dit brengt meestal veel pijn met zich mee en zorgt voor een verstoorde nachtrust.

Het verloop van de proeftijd

Meteen in het begin van het beslapen van uw nieuwe matras krijgt u vrijwel zeker te maken met wat last hier en daar. De aanvangsklachten variëren van lichte tot erge pijn.

Over het algemeen gaat het om een stijf gevoel bij het opstaan, slapende ledematen of tintelingen. Het is meestal ook niet zo snel voorbij. Deze houdingcorrectieperiode kan wel tot twee maanden duren. Het komt maar zelden voor dat men op een nieuw matras gelijk helemaal goed slaapt. Bijna altijd zal men moeten wennen aan de nieuwe houding en aan het verschil ten opzichte van het oude matras.

Het kan ook zijn dat u het in het begin wat warmer heeft doordat uw doorbloeding beter is, want als er minder drukbelasting is, resulteert dit in een betere doorbloeding. Ook is een nieuw matras iets stugger (steviger) en heeft het tijd nodig om soepeler te worden. De tijk (het textiel) en het schuim zullen na een paar weken soepeler worden wat over het algemeen het ligcomfort ten goede komt.

Wat kunt u doen als het matras iets te hard voelt?

U kunt de tijk losritsen waardoor het geheel ongeveer 10% zachter wordt. U houdt de tijk ongeveer twee tot drie maanden los en ritst hem dan langzaam met de tijd (steeds 30 cm) dicht.

Wat kunt u doen als het matras te warm of vochtig voelt?

U kunt de tijk van het matras wassen waardoor deze beter vocht opneemt en beter gaat ventileren. U kunt dit vergelijken met een nieuwe handdoek, deze neemt ook niet goed vocht op als u deze nog niet gewassen heeft. Kijk ook naar uw dekbed, het beste gebruikt u een goed ventilerend dekbed.

Conclusie:

Schrik niet als u bij de 80% van de mensen hoort die lichamelijke klachten krijgt in het begin. Probeer u vooral te concentreren op wat er wel goed en fijn is aan uw nieuwe matras.

Succes en slaap lekker!

5. Traagschuim / medische matrassen

5.1. Budget matras

Onderhoud

Het Budget matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Budget matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Regular tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.2. Original Support matras

Onderhoud

Het Original Support matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Original Support matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Silverness tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.3. Premium Support matras

Onderhoud

Het Premium Support matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Premium Support matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.4. Evolution ballenmatras

Onderhoud

Het Evolution ballenmatras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Evolution ballenmatras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Stellini tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.5. Perfection matras

Onderhoud

De Perfection topper moet u eens in de 2 à 3 maanden keren van voeteneind naar hoofdeind.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maanden omgekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Perfection matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De CoolMax tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.6. RHF15 Medical Pro

Onderhoud

Het RHF15 Medical Pro matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur

Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag gebruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het RHF15 Medical Pro matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



5.7. RHF16 Medical Pro

Onderhoud

Het RHF16 Medical Pro matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit uit dat de matrassen 24 uur per dag gebruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het RHF16 Medical Pro matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6. Koudschuim matrassen

6.1. Comfort matras

Onderhoud

Het Comfort matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeten-einde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodemp, is de verwachte levensduur minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Comfort matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Passerelle tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.2. Comfort De Luxe matras

Onderhoud

Het Comfort De Luxe matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodemp, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Comfort De Luxe matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.3. Comfort Premium Air matras

Onderhoud

Het Comfort Premium Air matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Comfort Premium Air matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.4. Evolution ballenmatras

Onderhoud

Het Evolution ballenmatras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Evolution ballenmatras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Stellini tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.5. Perfection matras

Onderhoud

De Perfection topper moet u eens in de 2 à 3 maanden keren van voeteneind naar hoofdeind.

Levensduur


Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, de toplaag om de twee maanden gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het Perfection matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De CoolMax tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.6. RHF14 Comfort Elastic matras

Onderhoud

Het RHF14 Comfort Elastic matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag gebruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het RHF14 Comfort Elastic matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



6.7. RHF14 Medi zorg matras

Onderhoud

Het RHF14 Medi zorg matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur


Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag gebruikt worden. De verwachte levensduur is 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern

De kern van het RHF14 Medi zorg matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk

U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoorschriften:



7. Bedbodem

7. Schotelbodem

Afstandsbediening inlezen

Om de afstandsbediening in te lezen dient u de volgende stappen uit te voeren.

- 1) Sluit de netstroom aan op de bedbodem.
 - 2) Plaats batterijen in de afstandsbediening.
 - 3) Houdt de gemarkeerde knoppen 10 seconden ingedrukt (zie afbeelding 3).
- Daarna kunt u met de andere knoppen het hoofd- en/of voeteneinde verstellen en is de afstandsbediening ingelezen.



Afbeelding 3 - afstandsbediening schotelbodem elektrisch verstelbaar

Potenset monteren

Om de poten gemakkelijk onder de schotelbodem te monteren kunt u het beste de schotelbodem vlak op de grond leggen met de schotels naar beneden. Vier poten zijn voor de hoeken en twee poten zijn voor de middenbalk. De poot bevat een bout die u in het gaatje van de bodem kunt plaatsen. Aan de andere zijde houdt u de moer vast en draait u de poot met de klok mee. Zo draait u alle zes de poten vast.

Hardheid schotel instellen

De schotels op het middenstuk zijn in twee hardheden instelbaar. U kunt met duim en wijsvinger het oranje deel met de klok mee of tegen de klok in draaien om de schotel soepel of stevig te stellen. Als het schuifje van het hoofd- naar het voeten-einde staat is deze op stevig ingesteld (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4 - de linker schotel staat op stevig, de rechter schotel op soepel

Als het schuifje van links naar rechts is ingesteld, staat de schotel op soepel (zie afbeelding 4). De niet in hardheid instelbare schotels staan altijd op een soepele stand.

8. Schotelbodem Premium

Afstandsbediening inlezen

Om de afstandsbediening in te lezen voert u de volgende stappen uit:

- 1) Sluit de netstroom aan op de bedbodem.
- 2) Houdt 5 seconden lang de linker drie knoppen tegelijk ingedrukt (zie afb.5).
- 3) Druk het Bluetooth knopje op de motor in (zie afbeelding 5).
- 4) Druk de bovenste twee knoppen van de afstandsbediening 5 seconden tegelijk in (zie afbeelding 5).

Nu is de bodem gepaard met de afstandsbediening en kunt u het bed verstellen.

Stap 2



Stap 3



Stap 4



Afbeelding 5 - de drie stappen om een Premium schotelbodem in te lezen

Potenset monteren

Om de poten (zwart, design, hout en chroom) gemakkelijk onder de schotelbodem te monteren kunt u het beste de schotelbodem vlak op de grond leggen met de schotels naar beneden. De 4 poten zijn voor de hoeken. De poot zelf bevat een bout die u in het gaatje van de bodem kunt plaatsen. Aan de andere zijde houdt u de moer vast en draait u de poot met de klok mee. Zo draait u alle 4 de poten vast.

Hardheid schotel instellen

U kunt de schotels met de rode draaischuif op meerdere hardheden instellen. U kunt met een duim en wijsvinger het rode deel met de klok mee draaien om de schotel steviger in te stellen, of tegen de klok in om de schotel soepeler in te stellen. Als het schuifje van het hoofd- naar het voeteneinde staat is deze op zijn stevigst ingesteld (zie afbeelding 6).



Stevig



Soepel

Afbeelding 6 - de linker schotel staat op de stevigste stand, de rechter schotel op de soepelste stand.

8. Certificaten



CE-Markering

De CE-markering is een soort productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest. Alle bouwproducten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden.



Öko-tex normering

Sinds 1992 heeft de Öko-Tex 100-norm zich ontwikkeld tot een internationale veiligheidsnorm, die toepassing vindt in de gehele textielketen. Het Öko-Texsysteem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.



Milieuvriendelijkheid

PU-zachtschuimen zijn in wezen natuurvriendelijk en zowel fysisch als chemisch recyclebaar. Fysisch: bijv. voor de productie van geagglomereerde schuimen. Thermisch: verbranding bij hoge temperaturen zonder vorming van toxische gassen.



Medisch getest

Body wholesome textiles. Een keuringsdienst voor textiel die onderzoek doet naar huidvriendelijke en gifvrije textiel stoffen.



TÜV Rheinland

Onze bedbodems zijn gecertificeerd door TÜV. Dit betekent dat dit product veilig en gebruiksvriendelijk is. Deze certificatie is vooraanstaand en Europees algemeen bekend.



LGA certificaat

Het LGA-Certificaat wordt uitgereikt aan matrassen die vrij van schadelijke stoffen zijn getest.



Certipur

Het Certipur label wordt toegekend aan producenten van koudschuim- en traagschuim matrassen die gebruikt worden in de bedden- en meubelsector. Alleen de producenten die voldoen aan strikte veiligheids-, gezondheids- en milieueisen mogen gebruik maken van dit label.



CBW - Centrale Branche Wonen

Dankzij de drie extra garanties die de CBW-erkende woonwinkel biedt, koopt u hier altijd veilig. De geldende algemene voorwaarden zijn in samenwerking met de Consumentenbond opgesteld. Koop dus zeker, koop CBW-erkend!



CBM - Centrale Bond van Meubelfabrikanten

Binnen de CBM opereert de werkgroep matrassen. Dit college komt in beginsel elk kwartaal bijeen en bespreekt met elkaar vooral marktgerichte onderwerpen.



Gerecyclede matrassen en ons milieu

Wanneer u uw matras naar de vuilstort brengt, worden deze matrassen verbrand. Hierdoor gaan diverse bruikbare grondstoffen verloren. Retour matras zorgt voor complete recycling van PU schuimen, textiel en staal.



HygCen

HygCen is een internationaal gerenommeerd testlaboratorium op het gebied van hygiëne en veiligheid van medische apparatuur. Haar deskundige testmethodiek biedt een bijdrage op het gebied van kwaliteitsborging in heel Europa.



ECOVADIS Silver

Het koudschuim en traagschuim dat Royal Health Foam in haar producten gebruikt is getoetst en beoordeeld door de onafhankelijke Ecovadis instantie. Vanwege hoe het schuim geproduceerd wordt op het gebied van milieu, de arbeidsomstandigheden, eerlijke handelspraktijken en de distributie heeft ons schuim in 2015 het Ecovadis Silver certificaat gekregen.



Q-Shops

Qshops.org is een onafhankelijke organisatie die bedrijven die op afstand verkopen, controleert, certificeert en blijft controleren.



Royal Health Foam

matrasspecialist sinds 1998

Royal Health Foam

Soetensstraat 18, 2586 XS Den Haag

www.healthfoam.com

+31(0)70-3387010

